



Datum: 13.04.2022
E-Mail: haemovigilanz@basg.gv.at

Haemonetics Thrombozyten Filtersystem ATSBC1EB

Dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen wurde von der finnischen Behörde mitgeteilt, dass dunkel gefärbte Partikel in Produkten des Haemonetics Thrombozyten Filtersystems ATSBC1EB mit den Chargennummern 215003, 2150070, 2150071, 2150091 entdeckt wurden.

- Falls Sie Produkte des Haemonetics Thrombozyten Filtersystem ATSBC1EB der oben angegebenen Chargennummern in Verwendung haben, wird ersucht, dies dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen unter medizinprodukte@basg.gv.at bekannt zu geben.

Dieses Schreiben entspricht dem aktuellen Informationsstand des BASG. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden diese bekannt gegeben.

Für das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Jäger Doris
am 13.4.2022