



Bundesamt für  
Sicherheit im  
Gesundheitswesen  
**BASG**

**Datum:** 13.03.2023  
**E-Mail:** gewebevigilanz@basg.gv.at

### **Rückruf: Denu-Tipps und Aspirationsnadeln für Oozytenpunktion**

Dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen wurde über die Maltesischen Behörde mitgeteilt, dass es bei Gynemed GmbH&Co KG Produkten (Denu-Tipps und Aspirationsnadeln für Oozytenpunktion) zu einem Rückruf, aufgrund von unzureichender Dokumentation von Testungen und Kontrollen von Rohstoffmaterial, gekommen ist. Ein Schaden für Embryos und Oozyten kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

Dieses Schreiben entspricht dem aktuellen Informationsstand des BASG. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden diese bekannt gegeben.

Für das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Plattner Verena  
am 13.3.2023